

**PUBLICAÇÃO OFICIAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E RESULTADO DE COTAÇÃO
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2025**

OBJETO: Aquisição de Equipamento Médico – ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL

I. JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

O Comitê de Compras do Hospital Evangélico de Belo Horizonte torna público que o julgamento de habilitação referente ao processo em epígrafe foi **DEFERIDO/CONCLUÍDO**.

A decisão foi baseada na análise da documentação e nos esclarecimentos prestados pelo participante, que atendeu integralmente às diligências solicitadas, bem como às recomendações constantes no Parecer Técnico de 10 de outubro, conforme consta nos autos do processo.

Em atendimento ao Decreto vigente, publica-se o resultado da habilitação.

II. RESULTADO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

REF.: Resultado da Cotação Prévia nº 002/2025

Em referência ao processo de Cotação Prévia de Preços nº 002/2025 – **Aquisição de Equipamento Médico – 03 unidade de Esfigmomanômetro com pedestal**, informamos que o prazo para recebimento das propostas ocorreu das **09h do dia 02/09/2025 até às 10h do dia 22/09/2025**.

Em relação ao presente procedimento licitatório, participou apenas uma licitante, cujos dados seguem especificados abaixo, nos termos do art. 5º, inciso IV, e do art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Verificada a conformidade da proposta com as especificações do edital, declara-se sua aceitação e prosseguimento para fins de contratação.

**Empresa : Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA, inscrita sob o CNPJ nº:
07.626.776/0001-60**

Diante do resultado apurado, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte, por intermédio do Setor de Compras/Llicitação, recomenda a adjudicação e homologação do presente processo licitatório, no valor total de R\$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais).

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2025

Lidiane Ferreira – Compradora/Licitação
Wagner Junio Soares – Coordenador de Compras

Parecer Técnico

Cotação prévia n° 02/2025

Equipamento: Esfigmomanômetro

Quantidade: 03

Valor unitário: R\$ 1.072,00

Proposta Analisada:

- **Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA (Wenzhou Kangju H200) – R\$ 460,00.**
- **Introdução**

Este parecer técnico apresenta a análise da proposta recebida no processo de aquisição de esfigmomanômetros, com foco na adequação às exigências técnicas e regulatórias previstas no Termo de Referência da Cotação nº 02/2025, bem como na garantia de desempenho operacional no contexto hospitalar. O objetivo é identificar se o equipamento reúne as melhores condições técnicas para assegurar segurança, eficácia e continuidade assistencial.
- **Análise da Proposta Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde**

O Termo de Referência 01/2025 exige esfigmomanômetro aneroide adulto em pedestal com 4 ou 5 rodízios, escala 0 a 300 mmHg, precisão ± 3 mmHg, cesto no suporte, visor amplo, acessórios completos sem látex e certificado de calibração com 5 aferições em 3 faixas. A empresa Cirúrgica São Felipe Produtos para a Saúde ofertou o esfigmomanômetro Wenzhou Kangju, modelo H200, que possui faixa 0 a 300 mmHg, divisão 2 mmHg e erro ± 3 mmHg. O manômetro é aneróide, com sensor elástico de quatro diafragmas e ponteiro sobre escala circular. O Registro sanitário (ANVISA) possui o número 80275310022 e está em situação vigente. O manual do equipamento lista faixas ambientais e classes de braçadeiras. O catálogo e a proposta informam versão de pedestal com 5 rodízios. O preço unitário de R\$ 460,00 está dentro do limite exigido no edital de R\$ 1.072,00.

- Incluso em proposta: 1 braçadeira tamanho adulto (nylon, fecho em velcro), com manguito acoplado. Pêra e válvula de deflação.
- Desempenho da válvula: escape máximo com válvula fechada ≤ 4 mmHg; exaustão rápida de 200 mmHg para 15 mmHg em <10 s. Esses parâmetros atendem ao uso clínico do Hospital Evangélico.

Não ficou explícito no manual do fabricante encaminhado pelo fornecedor se há cesto no suporte do equipamento, nem se será fornecido certificado de calibração com 5 aferições. Fora tais características ausentes, o equipamento está de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

- **Conclusão e decisão**

Conclui-se pela indicação de compra do Item 01 (esfigmomanômetros de pedestal) junto à Cirúrgica São Felipe, por atender aos requisitos técnicos e regulatórios do Termo de Referência e apresentar proposta satisfatória. Não houve outras propostas apresentadas para o item, e, diante da ausência de concorrentes, será dado ganho ao fornecedor **Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde**. A habilitação permanece condicionada à confirmação, em documento oficial do fornecedor, da presença do cesto no corpo do pedestal e ao envio do laudo de calibração conforme exigido no edital, com cinco aferições em três faixas de pressão, emitido por laboratório rastreável e dentro do prazo de validade.

A empresa declarou que possui assistência técnica em Belo Horizonte e informou estar ciente e de acordo com todas as exigências contidas no Termo de Referência. Atendidas as pendências documentais, recomenda-se a concessão e emissão da ordem de compra com tal fornecedor.

Documento assinado digitalmente



GUSTAVO RODRIGUES LEMOS

Data: 10/10/2025 07:50:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Rodrigues
Lemos Engenheiro
Clínico AEBMG CREA
199.825/D