

**ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS – AEBMG
HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE**

Resultado Julgamento de Propostas Comerciais

OBJETO: Aquisição de Equipamento Médico Poltrona para Hemodiálise.

Em referência ao processo de Cotação Prévia de Preços nº 008/2025 – Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar informamos que o prazo para recebimento das propostas ocorreu das 09h do dia 13/11/2025 até às 17h do dia 04/12/2025.

Participaram do certame as seguintes empresas:

- **Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA**
- **Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA**
- **Mobimed Venda de Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA**
- **Fresenius Medical Care LTDA**

Encerradas as fases de julgamento das propostas e de habilitação, e considerando que o licitante atendeu integralmente às exigências constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como ao critério de julgamento realizado pela área técnica, foi declarada vencedora a **empresa VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA , pelo valor total de R\$ R\$ 9.559,90 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).**

Item : POLTRONA PARA HEMODIÁLISE – 02 (duas) unidades

Marca/Modelo: VEXER -VXN01957

Diante do resultado apurado, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte, por meio do Setor de Compras/Ligações, recomenda a adjudicação e homologação do presente processo.

Prazo para Recurso

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data desta publicação, para apresentação de manifestação de recurso, nos termos das normas internas aplicáveis ao procedimento de Cotação Prévia de Preços. Não havendo manifestação no prazo estipulado, o processo seguirá para adjudicação e homologação definitivas.

Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2026.

**Lidiane Ferreira
Compradora/ Licitação**

**Wagner Junio Soares
Coordenador de Compras**

Parecer Técnico**Cotação prévia nº 008/2025****Equipamento: Poltrona para Hemodiálise****Quantidade: 02**

1. Proposta Analisada: Foram recebidas e analisadas as seguintes propostas válidas para fornecimento de poltronas para hemodiálise, no âmbito da Cotação Prévia nº 008/2025:

Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA

Modelo: Poltrona para Hemodiálise VZN01957

Valor unitário: R\$ 4.779,95

Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA

Modelo: Poltrona para Hemodiálise VLT-517

Valor unitário: R\$ 6.864,00

Mobimed Venda de Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Modelo: Poltrona para Hemodiálise

Valor unitário: R\$ 9.830,00

Fresenius Medical Care LTDA Modelo:

Poltrona de Hemodiálise Duplo Acionamento – Azul

Fabricante: Vivax Indústria e Comércio de Equipamentos (Saubern)

Valor unitário: R\$ 9.230,00

2. Análise Técnica das Propostas**2.1. Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA**

A proposta da Vexer contempla a Poltrona para Hemodiálise modelo VZN01957, apresentando conformidade plena com as exigências técnicas do Termo de Referência.

Principais características técnicas:

- Estrutura tubular em aço carbono 1020, com espessura de 1,5";
- Base em aço galvanizado com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, com opção em aço inox;
- Rodízios de 3" com travas, garantindo mobilidade e estabilidade;

- Braços reclináveis, facilitando o acesso vascular;
- Reclinação simultânea do encosto e da região dos pés;
- Reclino negativo (Trendelenburg), essencial para atendimentos emergenciais;
- Sistema de reclinamento por pistão mecânico, tecnicamente superior ao sistema a gás, com maior durabilidade e menor necessidade de manutenção;
- Dupla camada de espuma no assento e encosto, com espuma D33 certificada;
- Revestimento adequado ao uso clínico;
- Zíper traseiro, evitando infiltração de líquidos e facilitando higienização;
- Capacidade de carga: até 150 kg;
- Garantia: 12 meses

Valor unitário apresentado: **R\$ 4.779,95**, inferior ao valor de referência e o **menor entre todas as propostas analisadas**.

2.2. Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA

A Vallitech apresentou a poltrona VLT-517, com boa robustez estrutural e registro ANVISA válido.

Características observadas:

- Estrutura em aço carbono com tubos de 25,40 mm;
- Estofamento em espuma D33 com sistema de molas “no-sag”;
- Reclinação por amortecedor a gás; • Trendelenburg até -12°;
- Braços giratórios com trava;
- Rodízios de 4” com freios individuais;
- Capacidade de carga: 140 kg;
- Garantia de 12 meses e disponibilidade de peças por 5 anos

Apesar de tecnicamente adequada, o modelo utiliza sistema de reclinamento a gás, que tende a demandar maior atenção em manutenção ao longo do tempo quando comparado a sistemas mecânicos

2.3. Mobimed Venda de Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Observações técnicas:

- Estrutura em aço, sem detalhamento de tratamento anticorrosivo;
- Sistema de reclinamento limitado a 4 posições, sem descrição clara de reclinamento negativo funcional;
- Ausência de informações técnicas detalhadas sobre mecanismos de emergência;
- Garantia de 12 meses;
- Capacidade de carga: 150 kg.

O conjunto técnico apresentado é mais compatível com usos ambulatoriais gerais, apresentando menor nível de especialização para hemodiálise contínua.

2.4. Fresenius Medical Care LTDA

A Fresenius apresentou proposta para Poltrona de Hemodiálise Duplo Acionamento, fabricada pela Vivax/Saubern, com registro ANVISA válido.

Principais características técnicas da poltrona:

- Rodízios de 3", sendo dois com freio e dois livres, facilitando deslocamento e limpeza;
- Encosto reclinável de 90° a 195°, com possibilidade de Trendelenburg por acionamento, diferencial técnico relevante;
- Acionamento independente do encosto e do apoio de pernas;
- Estofamento removível e sem emendas, facilitando higienização;
- Apoio de braços e pernas com estofamento anatômico;
- Revestimento em couro ecológico, resistente a rasgos e deformações;
- Pernas em aço inoxidável;
- Capacidade indicada para pacientes de até 120 kg;
- Garantia e procedência nacional.

Trata-se de equipamento com bom nível de acabamento e recursos funcionais, porém com capacidade de carga inferior às demais propostas e maior complexidade construtiva.

4. Conclusão e decisão

Após análise técnica e comparativa das propostas apresentadas na Cotação Prévia nº 008/2025, conclui-se que a proposta da Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA apresenta o melhor conjunto técnicooperacional para atendimento às necessidades do setor de hemodiálise do Hospital Evangélico.

O equipamento ofertado demonstra:

- Adequação plena ao uso clínico contínuo;
- Robustez estrutural; • Recursos essenciais de segurança;
- Facilidade de higienização e manutenção;
- Boa ergonomia para pacientes e equipe assistencial.

Dessa forma, recomenda-se a concessão do ganho à **empresa Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos LTDA**, para fornecimento de 02 (duas) poltronas para hemodiálise, por apresentar a proposta mais adequada sob os aspectos técnicos e operacionais.

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO RODRIGUES LEMOS
Data: 12/01/2026 09:41:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Rodrigues Lemos
Engenheiro Clínico AEBMG
CREA 199.825/D