

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS – AEBMG
HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE

Resultado Julgamento de Propostas Comerciais

OBJETO: Aquisição de Equipamento Médico – Esfigmomanômetro de Pedestal

Em referência ao processo de Cotação Prévia de Preços nº 007/2025 – Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar informamos que o prazo para recebimento das propostas ocorreu das 09h do dia 22/10/2025 até às 17h do dia 02/11/2025.

Participaram do certame as seguintes empresas:

- V4 SAÚDE LTDA
- CIRÚRGICA SÃO FELIPE;
- MEDCENTER;

Encerradas as fases de julgamento da proposta e de habilitação, e considerando que o licitante atendeu integralmente às exigências constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como ao critério de julgamento realizado pela área técnica, foi declarada vencedora a empresa **Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda**, pelo valor total de R\$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais).

Item : Esfigmomanômetro de Pedestal – 03 (três) unidades

Marca/Modelo: Wenzhou Kangju Medical Instruments Co. Ltd. – Modelo H200 – China, República Popular

Registro: 80275310022

Diante do resultado apurado, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte, por meio do Setor de Compras/Licitações, recomenda a adjudicação e homologação do presente processo.

Prazo para Recurso

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data desta publicação, para apresentação de manifestação de recurso, nos termos das normas internas aplicáveis ao procedimento de Cotação Prévia de Preços. Não havendo manifestação no prazo estipulado, o processo seguirá para adjudicação e homologação definitivas.

Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 2026.

Lidiane Ferreira
Compradora/ Licitação

Wagner Junio Soares
Coordenador de Compras

Parecer Técnico

Cotação prévia nº 007/2025

Equipamento: Esfigmomanômetro

Quantidade: 03

1. Introdução

O presente parecer técnico tem como objetivo analisar e comparar as propostas recebidas no âmbito da Cotação Prévia nº 007/2025, referente à aquisição de esfigmomanômetros hospitalares com pedestal, destinados ao uso assistencial no Hospital Evangélico. A análise considera a conformidade técnica com o Termo de Referência, atendimento às exigências regulatórias, desempenho operacional, garantia, condições comerciais e custobenefício, visando assegurar segurança, confiabilidade metrológica e continuidade assistencial.

2. Propostas analisadas

Foram recebidas e analisadas as seguintes propostas para fornecimento de esfigmomanômetros hospitalares com pedestal:

• V4 Saúde Ltda

Marca: **Premium**

Valor unitário: **R\$ 490,00**

• Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA

Fabricante: **Wenzhou Kangju Medical Instruments Co. Ltd.**

Modelo: **H200**

Valor unitário: **R\$ 570,00**

• Med Center Comercial LTDA

Marca: **Mikatos**

Modelo: **Esfigmomanômetro hospitalar com pedestal**

Valor unitário: **R\$ 599,90**

3. Análise técnica comparativa

3.1. V4 Saúde LTDA – Esfigmomanômetro Premium

A proposta da V4 Saúde contempla esfigmomanômetro aneróide da marca Premium, acompanhado de ficha técnica e manual do fabricante. Principais características técnicas:

- Tipo: **Aneróide**, livre de mercúrio;
- Faixa de medição: **0 a 300 mmHg**;
- Divisão de escala: **2 mmHg**;
- Tolerância máxima: **±3 mmHg**;
- Escala ampla e de fácil leitura;
- Braçadeira adulto em nylon com fecho de velcro;
- Sistema de inflação manual com pêra e válvula de deflação;
- Pedestal com opção de rodízios;
- Produto **verificado e aprovado pelo INMETRO**, com exigência de verificação metrológica anual;
- Registro ANVISA informado;

Garantia de 12 meses, excetuando-se componentes de desgaste natural. O equipamento atende aos requisitos básicos de medição de pressão arterial.

Entretanto, a proposta apresenta menor detalhamento construtivo do pedestal, não especificando material estrutural, número de rodízios e características de estabilidade, aspectos relevantes para uso hospitalar contínuo.

3.2. Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA – Wenzhou Kangju H200

A proposta da Cirúrgica São Felipe apresenta o esfigmomanômetro adulto com pedestal modelo H200, com descrição técnica detalhada, permitindo avaliação completa da conformidade.

Características técnicas:

- Faixa de medição: **0 a 300 mmHg**;
- Divisão de escala: **2 mmHg**;
- Acuracidade técnica: **±3 mmHg**, em temperaturas de 0°C a 35°C e umidade relativa até 85%;
- Escape máximo de ar com válvula fechada: **4 mmHg**;
- Exaustão rápida: de **200 mmHg para 15 mmHg em menos de 10 segundos**;
- Braçadeira adulto em nylon com fecho de velcro;
- Conjunto completo: manômetro, pêra, válvula de deflação, bolsa e manual;
- **Pedestal metálico com 5 rodízios**, proporcionando elevada estabilidade e mobilidade;
- Registro ANVISA: **80275310022**;
- Garantia de **12 meses**.

O conjunto apresentado demonstra robustez estrutural, estabilidade operacional e parâmetros técnicos

claramente definidos, sendo plenamente adequado ao uso hospitalar intensivo.

3.3. Med Center Comercial LTDA – Mikatos

A Med Center apresentou proposta para fornecimento de esfigmomanômetro hospitalar com pedestal da marca Mikatos, fabricante tradicional no mercado nacional.

Características técnicas observadas:

- Tipo: **Aneróide**, livre de mercúrio;
- Faixa de medição: **0 a 300 mmHg**;
- Divisão de escala: **2 mmHg**;
- Precisão: **±3 mmHg**;
- Escala circular de fácil leitura;
- Braçadeira adulto, com possibilidade de utilização de outros tamanhos;
- Pedestal com rodízios;
- Conformidade com exigências do **INMETRO**, com necessidade de verificação periódica;
- Registro ANVISA: **80218930013**;
- Garantia de **12 meses**.

O equipamento apresenta boa confiabilidade e histórico de uso em ambiente hospitalar. Contudo, a proposta apresenta menor detalhamento técnico comparativo em relação ao modelo H200, especialmente quanto a parâmetros de exaustão, escape de ar e características estruturais do pedestal.

4. Análise comparativa geral

A análise comparativa evidencia que:


- Todos os equipamentos atendem aos requisitos básicos de medição da pressão arterial.
- O modelo H200, da Cirúrgica São Felipe, apresenta maior nível de detalhamento técnico, especialmente quanto à estabilidade, desempenho da válvula e exaustão rápida.
- O equipamento da Med Center (Mikatos) apresenta boa confiabilidade, porém com documentação técnica menos detalhada.
- A proposta da V4 Saúde, embora economicamente atrativa, apresenta menor nível de detalhamento construtivo do pedestal.

5. Conclusão e decisão

Após análise técnica, documental e comparativa das propostas apresentadas na Cotação Prévia nº 007/2025, conclui-se que:

- A proposta da Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA, referente ao esfigmomanômetro Wenzhou Kangju modelo H200, apresenta melhor conjunto técnico, com maior robustez estrutural, parâmetros operacionais claramente definidos e adequação ao uso hospitalar contínuo.
- As demais propostas atendem parcialmente ao escopo, porém com menor nível de detalhamento técnico ou robustez estrutural.

Dessa forma, recomenda-se a concessão do ganho à empresa **Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA**, para fornecimento de 03 (três) esfigmomanômetros adultos com pedestal, por apresentar a proposta tecnicamente mais adequada às necessidades do Hospital Evangélico.

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO RODRIGUES LEMOS
Data: 12/01/2026 09:37:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Rodrigues Lemos
Engenheiro Clínico AEBMG
CREA 199.825/D